

湖南银华棠医药科技有限公司

成品检验报告

文件编号: QR825-C049-2

产品名称	医用抗HPV生物蛋白功能敷料	商标	科美一生	生产批号	022505034
型号/规格	3g/支*3支/盒			生产日期	20250507
生产数量	3300盒			有效期至	20280506
				送检数量	10盒
送检日期	2025.05.09			报告日期	2025.05.15
检验单号	C-20250509-01				
检验依据	湘械注准20222181747				
检验项目	产品技术要求			检测结果	单项结论
外观性状	应为均匀半透明粘稠状胶体，无肉眼可见异物			均匀半透明粘稠状胶体，无肉眼可见异物	符合规定
推注器性能	应能将推注器中的凝胶推挤出			符合要求	符合规定
装量	平均装量不得少于标示装量，每个容器装量不少于标示装量的93%			符合要求	符合规定
PH值	应在3.8~4.5范围内			4.1	符合规定
黏度	在25℃时，应不小于1000mPa.s			27259mPa.s	符合规定
酸酐化牛β-乳球蛋白含量	应不小于0.02mg/g			1.75mg/g	符合规定
重金属含量	应不大于10ug/g			符合要求	符合规定
成膜性	应具有较好的成膜性			具有较好的成膜性	符合规定
阻菌性	应具有阻菌性			阻菌	符合规定
微生物限度	需氧菌总数不得过100cfu/g			<10	符合规定
	霉菌和酵母菌总数不得过10cfu/g			<10	符合规定
金黄色葡萄球菌	不得检出			未检出	符合规定
铜绿假单胞菌	不得检出			未检出	符合规定
白色念珠菌	不得检出			未检出	符合规定
结论：本品依据湘械注准20222181747标准检验上述项目，结果符合规定。					

主检人:李婍

审核人: 李长美