

湖南银华棠医药科技有限公司

成品检验报告

文件编号: QR825-C048-2

版本: B1

产品名称	医用重组III型人源化胶原蛋白修护液	商标	科美一生	生产批号	022510117
规格/型号	无菌型 30ml/瓶/盒			生产日期	20251018
生产数量	5000盒			有效期至	20281017
				送检数量	10盒
送检日期	2025. 10. 21			报告日期	2025. 11. 04
检验单号	C-20251021-01				
检验依据	湘械注准20222141211				
检验项目	产品技术要求			检测结果	单项结论
外观及性状	外观应干净、无破损；溶液应为无色或淡黄色透明液体			外观干净、无破损；溶液为无色透明液体	符合规定
装量	平均装量不得少于标示装量，每个容器装量不少于标示装量的95%			符合要求	符合规定
PH值	应在4.5~7.5范围内			6.1	符合规定
蛋白质含量	应不小于0.5mg/ml			0.97mg/ml	符合规定
成膜性	应具有较好的成膜性			具有较好的成膜性	符合规定
重金属含量	应不大于10ug/ml			符合要求	符合规定
无菌	本品应无菌			无菌生长	符合规定
保湿性	应具有较好的保湿性			具有较好的保湿性	符合规定
细菌内毒素	应不大于20EU/ml			符合要求	符合规定
结论：本品依据技术要求湘械注准20222141211检验，结果均符合规定。					

检验人: 李媪

审核人: 李长美