

高唐县嘉铭医疗器械有限公司

产品质检报告单

产品名称	疤痕贴	规格型号	150 mm*30 mm	
生产批号	20250701	生产日期	2025.07.02	
检测日期	2025.07.02	抽检数量	100 片	
检验数据				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观（目测）	表面光滑，无气泡，无污点，无褶皱	符合要求	合格
2	涂胶量（g/m²）	400g±3g	400g	合格
3	尺寸	150 mm*30 mm±1 mm	150 mm*30 mm	合格
4	剥离强度（N/2.5cm）	不小于 0.5N/2.5cm	1.32N/2.5cm	合格
5	持粘性	贴于不锈钢钢板上，疤痕贴的顶端下滑应不超过 2.5mm	0 mm	合格
检验结论	合格			
检验员：王艳君		复核员：刘俊珍		

