

湖南银华棠医药科技有限公司

成品检验报告

文件编号: QR825-C036-2

|                                       |                                              |    |      |                                          |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----|------|------------------------------------------|--------------|
| 产品名称                                  | 医用皮肤修护霜                                      | 商标 | 科美一生 | 生产批号                                     | R01250806    |
| 产品规格                                  | A型 30g/瓶/盒                                   |    |      | 生产日期                                     | 20250809     |
| 生产数量                                  | 5000盒                                        |    |      | 有效期至                                     | 20280808     |
|                                       |                                              |    |      | 送检数量                                     | 10盒          |
| 送检日期                                  | 2025. 08. 12                                 |    |      | 报告日期                                     | 2025. 08. 26 |
| 检验单号                                  | C-20250812-02                                |    |      |                                          |              |
| 检验依据                                  | 湘械注准20232140785                              |    |      |                                          |              |
| 检验项目                                  | 产品技术要求                                       |    |      | 检测结果                                     | 单项结论         |
| 性状                                    | 产品应为白色至浅黄色乳霜状膏体，均匀、细腻、无杂质                    |    |      | 产品为白色至浅黄色乳霜状膏体，均匀、细腻、无杂质                 | 合格           |
| 装量                                    | 平均装量不得少于标示装量，每个容器装量不少于标示装量的95%               |    |      | 符合规定                                     | 合格           |
| pH值                                   | 4.5~7.5                                      |    |      | 6.7                                      | 合格           |
| 重金属含量                                 | 以（Pb）计应≤10 μg/g                              |    |      | 符合规定                                     | 合格           |
| 黏度                                    | 应不小于25000mPa. s                              |    |      | 51780mPa. s                              | 合格           |
| 成膜性                                   | 应具有较好的成膜性                                    |    |      | 具有成膜性                                    | 合格           |
| 保湿性                                   | 应保湿                                          |    |      | 保湿                                       | 合格           |
| 无菌                                    | 本品应无菌                                        |    |      | 无菌生长                                     | 合格           |
| 阻菌性                                   | 应阻菌                                          |    |      | 阻菌                                       | 合格           |
| 水蒸气透过率                                | 应不小于1000g·m <sup>-2</sup> ·24h <sup>-1</sup> |    |      | 2480g·m <sup>-2</sup> ·24h <sup>-1</sup> | 合格           |
| 结论：本品依据技术要求湘械注准20232140785检验，结果均符合规定。 |                                              |    |      |                                          |              |

检验人: 李晶晶

审核人: 李长美